MultiPro Schnellübersichts-Karte

Funktion	Vorgehensweise
Einschalten	Drücken Sie die MODE-Taste
Ausschalten	Halten Sie die MODE-Taste gedrückt, bis auf der Anzeige „release“ (loslassen) erscheint.
Selbstkalibrierung	Schalten Sie den MultiPro in einer unbelasteten Umgebungsatmophäre ein. Drücken Sie MODE dreimal, um in den Selbstkalibrierungsmodus „Auto Cal Mode.“ zu gelangen. Drücken Sie nach Aufforderung MODE für die Selbstkalibrierung auf Null. Drücken Sie bei der nächsten Aufforderung MODE, um die Selbst-Messspannenkalibrierung zu starten. Bringen Sie den Adapter und die Befestigungen für die Kalibrierung an. Benutzen Sie Messspannenkalibriergas. Entfernen Sie nach Beendigung die Befestigungen. Falls die Selbst-Nullkalibrierung oder Messspannenkalibrierung fehlschlägt, siehe die Bedienungsanleitung.

15AUG2011 – Rev. 2.0– 13-281-GM.doc M. Holmquist

Honeywell

Testen des Probenentnahme-Kits mit Handansaugung	Bringen Sie das Probenentnahme-Kit an dem Gerät an. Überprüfen Sie die Dichtigkeit, indem Sie einen Finger über das Ende des Sensors legen. Drücken Sie dann den Saugball zusammen. Der Ball sollte einige Sekunden lang entleert bleiben, bis der Finger weggenommen wird.
Verwenden des Probenentnahme-Kits mit Handansaugung	Drücken Sie den Saugball einmal für jede 30 cm Schlauch, damit die Probe zu den Sensoren gelangt. Drücken Sie den Saugball weiterhin eine zusätzliche Minute lang einmal pro Sekunde zusammen bis sich die Anzeigen stabilisieren.
Testen der motorisierten Probenentnahme-Pumpe	Schieben Sie die Pumpe auf das Gerät. MultiPro fordert Sie dazu auf, die Dichtigkeit zu überprüfen. Halten Sie einen Finger über das Ende der Sonde. Die Pumpe sollte sich abschalten. Entfernen Sie den Finger und setzen Sie die Pumpe durch Drücken von MODE zurück.
Verwenden der motorisierten Pumpe	Die Pumpe muss vor dem Verwenden der Pumpe getestet werden. Warten Sie eine Sekunde für jede 30 cm Schlauch zuzüglich einer weiteren Minute, um Proben der Umgebungsluft zu entnehmen.